


sanofi



**GUIDE POUR LES PATIENTS
ET / OU LES SOIGNANTS**



GUIDE POUR LES PATIENTS ET/OU LES SOIGNANTS

CE GUIDE N'EST FOURNI QU'À TITRE INDICATIF. AVANT D'UTILISER SULIQUA[®], VOUS DEVEZ ÊTRE FORMÉ À L'UTILISATION DU STYLO SULIQUA[®] SOLOSTAR[®] PAR VOTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ, ET VOUS DEVEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA FICHE PATIENT ET LE MODE D'EMPLOI FOURNIS AVEC LE STYLO.

Gardez ce guide. Vous aurez peut-être besoin de le consulter à nouveau. Inscrivez votre nom ici :

Les stylos préremplis SULIQUA[®] délivrent simultanément de l'insuline glargine et du lixisénatide en une injection unique quotidienne.

Suliqua est disponible sous la forme de deux stylos pré-remplis, contenant des quantités différentes de lixisénatide et délivrent différents paliers de doses unitaires d'insuline glargine 100 Unités/mL. Votre médecin vous a prescrit le stylo qui correspond à vos besoins en insuline.

STYLO SULIQUA[®] 10-40

SULIQUA[®] 100 unités/mL + 50 microgrammes/mL
 SOLUTION INJECTABLE EN STYLO PRE-REMPLE



STYLO SULIQUA[®] 30-60

SULIQUA[®] 100 unités/mL + 33 microgrammes/mL
 SOLUTION INJECTABLE EN STYLO PRE-REMPLE



- Les deux stylos pré-remplis contiennent de l'insuline glargine à raison de 100 unités/ml..
- Le stylo SULIQUA[®] (10-40) doit être utilisé pour administrer une injection de 10 à 40 doses unitaires par jour (concentration: insuline glargine 100 unités/ml et lixisénatide 50 µg /ml ; Intervale de doses : 10 à 40 unités d'insuline glargine en association avec 5 à 20 µg de lixisénatide). Ce stylo est de couleur pêche avec un bouton d'injection orange.
- Le stylo SULIQUA[®] (30-60) doit être utilisé pour administrer une injection de 30 et 60 doses unitaires par jour (concentration: insuline glargine 100 unités/ml et lixisénatide 33 µg /ml ; Intervale de doses: 30 à 60 unités d'insuline glargine en association avec 10 à 20 µg de lixisénatide). Ce stylo est de couleur olive avec un bouton d'injection marron.
- Une dose unitaire contient une unité d'insuline glargine 100 unités /ml et une quantité correspondante de lixisénatide. Avant d'utiliser SULIQUA[®], vous devez savoir exactement combien de doses unitaires vous avez besoin. Votre médecin vous fournira ces informations.
- Le compteur de doses du stylo pré-rempli affiche le nombre de doses unitaires à injecter
- le type de stylo pré-rempli dont vous avez besoin et le nombre de doses à injecter doivent être mentionnés sur l'ordonnance, (stylo SULIQUA[®] [10-40] ou stylo SULIQUA[®] [30-60]).
- Votre pharmacien doit clarifier avec votre médecin toute prescription incomplète..

INFORMATIONS À L'INTENTION DES PATIENTS ET/OU DES SOIGNANTS

À NOTER :

- SULIQUA[®] est fourni dans un stylo pré-rempli et ne doit être utilisé qu'avec ce dispositif. Les patients, les soignants et les professionnels de santé ne doivent jamais utiliser une seringue pour prélever SULIQUA[®] d'un stylo pré-rempli, sous peine d'erreurs de dosage et de dommages graves. Prendre une nouvelle aiguille à chaque utilisation. Les aiguilles ne doivent pas être réutilisées.
- Une unité de SULIQUA[®] contient toujours une unité d'insuline glargine 100 unités /mL, quel que soit le stylo pré-rempli SULIQUA[®] utilisé (le stylo SULIQUA[®] [10-40] ou le stylo SULIQUA[®] [30- 60]).
- Votre professionnel de santé peut vous expliquer le design et les caractéristiques de votre stylo SULIQUA[®] SoloStar, notamment comment lire la fenêtre d'affichage de dose et les paliers de doses à injecter
- Pendant le passage à ce type de médicament combiné et dans les semaines qui suivent, vous devez mesurer votre glycémie plus fréquemment.
- Si vous avez des questions sur votre traitement, n'hésitez pas à en parler à votre professionnel de santé


AVANT L'INJECTION DE SULIQUA[®]




Lisez attentivement le mode d'emploi et la fiche d'information fournie au patient avec la notice.



Si vous ne suivez pas toutes ces instructions, vous risquez de vous injecter trop ou pas assez de médicament.





sanofi

Pour signaler un cas de pharmacovigilance à Sanofi,
vous pouvez nous contacter par téléphone au 00 212 522 66 90 00 ou par mail :
pharmacovigilance.maroc@sanofi.com
Si vous avez des questions sur le produit, contactez-nous à l'adresse suivante :
infomed.mco@sanofi.com ou par téléphone au 00212 522 66 90 00

Sanofi-aventis Maroc Route de Rabat R.P 1,Ain Sbaâ. 20250 CASABLANCA MAROC
Tél : 00 212 522 66 90 00 / www.sanofi.ma



MAT-MA-2300570